



**Општа болница суботица, Суботица
Изворска 3, Суботица**

Деловодни број: 01-1347

Датум: 17.03.2014. године

Предмет: Одговор на захтев за појашњењем

Наручилац, Општа болница Суботица, Суботица, у складу са чланом **63. ЗЈН**, у законском року даје следеће појашњење конкурсне документације за јавну набавку **ТРАКА И ПАПИРА ЗА МЕДИЦИНСКЕ АПАРАТЕ** бр. **20/14-Д/МВ**, по Позиву за подношење понуда објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана **13.03.2014.** године, по Захтеву једног од заинтересованих понуђача за учешће у предметној јавној набавци и то:

ПИТАЊЕ:

На страни 37. Образац понуде, аналитички део, као ставку 2. навели сте следеће:

- Екг трака 62 mm x 45 mm

За који тип/врсту апарата је тражена димензија?

ОДГОВОР:

Тражена димензија је за апарат **CARDIPIA 203N**.

У складу са чланом **63.** став **3. ЗЈН**, Наручилац ће без одлагања овај одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ