



**ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА**  
24000 Суботица, Изворска 3  
Број одлуке: 01-2222/4  
Број седнице: 01-275/14  
Датум: 17.05.2019. године

Са 14-е електронске седнице Управног одбора Опште болнице Суботица, Суботица која је одржана дана 17.05.2019. године (у петак).  
Непотребно изостављено .....

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012), и члана 17 Статута Опште болнице Суботица, Управни одбор Опште болнице Суботица, Суботица са 5 гласова ЗА (2 члана нису гласала) доноси:

**- О Д Л У К У -**  
о додели уговора у поступку јавне набавке

**Додељује се уговор о јавној набавци добара понуђачу:**

MEDTECH д.о.о.	Устаничка 144, 11050 Београд	МБ: 20487674	ПИБ: 105911463
----------------	------------------------------	--------------	----------------

**Образложење**

- Наручилац је дана 22.04.2019. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 32/19-У/ОП за јавну набавку услуга – Замена РТГ цеви на систему за компјутеризовану томографију.
- За наведену јавну набавку наручилац је позив за прикупљање понуда објавио на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила и својој интернет страници. До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.
- Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и сачинила извештај о истом.
- У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-2222/и од 16.05.2019. Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

**извод из извештаја Комисије за јавне набавке:**

- Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке:	Замена РТГ цеви на систему за компјутеризовану томографију
Врста предмета јавне набавке:	Услуга
Редни број јавне набавке:	32/19-Д/ОП
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	6.000.000,00
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	4.849.500,00
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)	5.819.400,00

- Основни подаци о понуђачима и поднетим понудама:

Р.Бр.	НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА	ДЕЛ.БРОЈ	ПАРТИЈЕ
1	MEDTECH д.о.о. Устаничка 144, 11050 Београд	01-2709	-
2	GE HOLDINGS д.о.о. Булевар Михаила Пупина 6/17 11070 Нови Београд	01-2719	-

Неблаговремених понуда није било.

- Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање, понуђена цена одбијених:

Понуђач	Разлог одбијања	Понуђена цена без ПДВ
GE HOLDINGS д.о.о.	Понуда је неодговарајућа: увидом у документацију коју је понуђач доставио уз своју понуду утврђено је да понуђена цев не испуњава све захтеване техничке карактеристике из конкурсне документације. Наручилац је у конкурсној документацији јасно навео које су минималне техничке карактеристике које понуђено добро мора да испуњава, односно захтевао је да инсерти цеви (уметак цеви) има следеће величине фокалних тачака: Велика: 1,2x1,2; Мала: 0,9x0,7, док је понуђач у документацији коју је доставио уз своју понуду јасно обележио да понуђено добро има величину великог фокуса (фокусне тачке) 1,1x1,0мм, док је величина малог фокуса 0,8x0,5мм. Понуда је неприхватљива: Наручилац је у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама у конкурсној документацији одредио додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,	3.950.000,00



## ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

24000 Суботица, Изворска 3

Број одлуке: 01-2222/4

Број седнице: 01-275/14

Датум: 17.05.2019. године

где је у делу технички и кадровски капацитет захтевао да понуђачи имају најмање четири сервисера од којих је минимум један сервисер обучен за рад, односно сервисирање ЦТ апарата односно компјутеризованих томографа GE „BrightSpeed“ серије. Као доказ наведеног услова, наручилац је захтевао М обрасце за сервисере, сертификат за најмање једног сервисера издат од произвођача цеви или од лица овлашћеног од произвођача цеви и изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о томе да располаже техничко-технолошким и кадровским капацитетом за извршење јавне набавке и да примењује смернице добре праксе. Увидом у документацију коју је понуђач доставио уз своју понуду, наручилац је установио да је исти доставио М обрасце за само три сервисера, и за једног апликационог специјалисту. Понуђач није доказао да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, односно није доказао да има најмање 4 сервисера, те је наручилац одбио понуду као неприхватљиву због битних недостатака понуде, а све у складу са чланом 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.

5. Критеријум за оцењивање понуда је: **Најнижа понуђена цена**

Начин примене методологије доделе пондера: цена без ПДВ

6. Оцењивање понуда према методологији бодовања:

Понуђач	MEDTECH д.о.о.	
	Понуђено	Пондери
Цена	4.849.500,00	-
Рок извршења (дани)	15	-
<b>УКУПНО ПОНДЕРИ</b>		-
<b>РАНГ</b>	<b>1</b>	

7. Назив понуђача чија је понуда најповољнија: **MEDTECH д.о.о.**

8. Комисија, након стручне оцене понуда, констатује следеће :

- Понуда понуђача наведена у тачки 6. је прихватљива и одговарајућа.
- Комисија Наручиоцу предлаже избор најповољније понуде понуђача наведеног у тачки 7.
- Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

**крај извода**

6. Одговорно лице наручиоца на основу Извештаја Комисије за јавну набавку је на основу законског овлашћења донело одлуку о избору најповољније понуде којом се **понуђача наведеног у диспозитиву бира као најповољнија.**

7. Горе наведена Одлука је донета на основу одлуке о покретању и спроведног јавног отварања понуда, Извештаја Комисије за јавне набавке бр. 01-2222/и од 16.05.2019. о спроведеном поступку односно стручне оцене и рангирања понуда по методологији примене критеријумима за бодовање, као и према условима који су важили за предметну јавну набавку.

Имајући у виду горе наведено доносим одлуку као у диспозитиву.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема исте.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Предраг Радивојевић, дипл. грађ. инж